

مواصفات العطاء المركزي رقم (م.ع) 11/2022/11 إعادة طرح) والمتعلق بشراء جهاز الرنين المغناطيسي
 (MRI-3Tesla) لحاجة قسم الأشعة في المركز الوطني للسكري والغدد الصم والوراثة

No.	Minimum requirements	Compliance (Y /N)	Specify details	Supported Document (Technical offer page # / Data Sheet Page #)
A.	MAGNETIC RESONANCE IMAGING (3.0T)			
1	Model Name			
2	Manufacturer			
3	System Country of Origin (USA/Europe/Canada or JAPAN)			
4	FDA/CE Certification			
5	Starting year of Manufacturing			
B.	Magnet & Gantry			
1	Specify Guaranteed Homogeneity (V-RMS). The guaranteed homogeneity at 40cm DSV should be equal or less than 0.5ppm(lower is preferred)			
	Guaranteed Homogeneity (V-RMS) at 10x10x10 cm: Please Specify			
	Guaranteed Homogeneity (V-RMS) at 20x20x20 cm : Please Specify			
2	Guaranteed Homogeneity (V-RMS) at 30x30x30 cm: Please Specify			
	Guaranteed Homogeneity (V-RMS) at 50x50x50 cm: Please Specify			
3	High order shim magnet (minimum 2nd order or higher is preferred)			
4	FOV, at least 50X50X50 cm (Larger FOV is better)			

5	Boil-off rate l/hr: 0 (Zero Boil Off)			
6	Bore diameter at isocenter, cm: ≥ 70 (Wider is better)			
7	Patient comfort: Audio / Ambient lighting, in bore lights, in bore ventilation etc.			
8	Whole body scanning (head first, feet first) without patient repositioning included.			
9	The Latest Acoustic noise reduction technology (Quite/Silent)-Specify on which anatomies & Sequences			
10	LCD display on Gantry for patient data, ECG waves, Connected coils, user assistance, etc.) two touch screen is preferred			
11	Automatic Voice command			
12	4D Imaging with sensor less gated device or optical camera. With out the need for surrogate devices.			
C.	Patient Table			
1	Fully Detachable table or detachable tabletop combined with the most comprehensive patient transport system should be offered as a part of the system standard			
2	Second Detachable table with Spine coil embedded (Optional - to be quoted Separately)			
3	Two-speed longitudinal movement			
4	Min. height, cm Please Specify (less is the better)			
5	Tabletop motorized movement			
6	Table control from both console and Gantry			
7	Digital display of table position			
8	Scan range ≥ 205 cm			
9	Laser light indicator. (One touch patient positioning and/or exam initiation on Table or LCD screen).			
10	Table weight limit: ≥ 250 kg			

11	All the necessary accessories for patient positioning			
D.	Gradient system			
1	Max real gradient amplitude, mT/m: ≥ 60 , (per axis), Higher is better. (Not the vector sum)			
2	Max real gradient slew rate, T/m/sec: ≥ 200 , (per axis), Higher is better, (Not the vector sum)			
3	Min TR/TE on 2D Spin Echo @ 128x128 should be ≤ 8.2 ms/2.8ms (lower is better)			
4	Min TR/TE on 2D Gradient Echo @ 128x128 should be ≤ 0.8 ms/0.22ms (lower is better)			
5	Min TR/TE on 3D Gradient Echo @ 128x128 should be ≤ 0.8 ms/0.22 ms (lower is better)			
6	Min TR/TE on EPI @ 128x128 should be ≤ 10.0 ms/2.20 ms (lower is better)			
7	Min Echo spacing on EPI @ 128x128 should be ≤ 0.37 ms			
8	The gradient system must be able to provide the max Amplitude with the max slew rate simultaneously without any restrictions			
E.	RF System			
1	Amplifier type: Solid state			
2	RF system Should be Digital			
3	Should be the highest number of independent receiver channels available per single Max FOV (50x50cm) and single station acquisition. (Higher is better)			
4	Should be the highest number of elements can be activated by single FOV with suitable coil combination for the following anatomies (Higher number of channels better):			
	1. Head Only (Brain Examination):			
	2. Brachial plexus / Head Neck:			
	3. Body:			

5	Calibration technique: Automatic			
6	Multi RF Transmitter capability			
7	RF Transmitter Bandwidth: Please specify			
8	RF Receiver bandwidth: Please Specify			
F.	Coils			
1	Total Spine Imaging (Posterior Coil only): Vendor should quote the highest number of channels available, higher number of channels is better , Specify the value			
2	Abdomen Imaging (Anterior Coil Part Only): Vendor should quote the highest number of channels available, higher number of channels is better , Specify the value. Coil coverage should not be less than 45 cm in Z direction. If the company declares not having a body coil with min 45cm z-direction coverage, an additional dedicated coil should be provided with the system to cover the desired anatomy.			
3	Head Imaging (Head Coil only) for advance, high resolution neuro imaging: Vendor should quote the highest number of channels available, higher number of channels is better , Specify the value			
4	Head/Neck Imaging for advance, high resolution neuro-vascular imaging (with tilting option): Vendor should quote the highest number of channels available, higher number of channels is better , Specify the value			
5	Dedicated Rigid T/R Knee Coil solution: ≥ 16 channels, (higher number of channels is better) .			

6	Dedicated Rigid Shoulder Coil solution: ≥16 channels, (higher number of channels is better)				
7	Dedicated Rigid Foot/Ankle Coil solution: ≥8 channels, (higher number of channels is better)				
8	Dedicated Rigid Hand/Wrist Coil solution: ≥16 channels, (higher number of channels is better & T/R capability is better)				
9	Dedicated Rigid Breast Coil with Biopsy capability: ≥16 channels, (higher number of channels is better) . If the company declares not having a breast coil with min 16 channels with biopsy capability, an additional dedicated breast coil min 7 ch should be provided with the system to cover the biopsy procedures. Biopsy procedures should be able to be done on detachable table or detachable tabletop.				
10	Peripheral Vascular Coil solution ≥ 30 channels with minimum S/I coverage of 100 cm combined with the body (Anterior) coil, (higher number of channels & coverage are better)				
11	<ul style="list-style-type: none"> • Flex Coils: • Small: max. Number of channels. Please specify • Large: max. Number of channels. please specify 				
12	Other New Coil technology with higher number of channels, less weight, and more flexibility (to be quoted and priced separately) (availability is better)				
G.	Scanning Techniques				

1	Clinical Application Packages: Neuro, Body, Breast, Ortho, Cardiac, Angio contrast and non-contrast included Oncology. Pediatric, including advanced cardiac, neuro and body seq.			
2	Advance Neurologic imaging			
3	Diffusion/Perfusion (acquisition and evaluation)			
4	DTI sequences And Tractography with the max directions			
5	Simultaneous multiple slices excitation at different locations for diffusion, diffusion tensor and echo planar fMRI			
6	3D ASL (Arterial Spin Labeling) (Acquisition & evaluation)			
7	Real time fMRI, paradigm generator with Audio-Visual triggering solution (Hardware) & the complete post-processing functions.			
8	Functional MRI Bold Imaging (Acquisition and evaluation)			
9	Vessel wall imaging			
8	High-Resolution Diffusion imaging, Multiple b Value in One scan			
10	ADC/eADc Maps (Visualization and Quantification)			
11	CSF flow Visualization and Quantification (Flow Analysis software should be provided)			
12	Susceptibility weighted imaging (SWI) with the phase maps			
13	Comprehensive Motion Correction on All Body including Abdomen and Pelvis, combines with the parallel imaging. (2D & 3D) Sequences			
14	Latest Dixon technique in 2D and 3D (SE & GRE) and for fraction quantification including (Iron/fat quantification)			

15	Comprehensive Contrast Enhanced & Non-Contrast Angiography Imaging on Lower Extremities, Renal and Intra-Extra Cerebral Arteries.			
16	4D Time Resolved contrast enhanced angiography.			
17	Spectroscopy (Single and Multiple voxel) and (2D CSI & 3D CSI) for (Brain, Breast). (Prostate spectroscopy is preferred)			
18	3D High resolution (TSE,gradient) T1, T2, Flair and Double IR on Brain, Spine, MSK and Body and combined with Parallel Imaging			
19	3D Dynamic Scan for Liver and Breast. Preferred the shortest Temporal Resolution (< 3seconds)			
20	4D Dynamic Scan for liver with free breathing			
21	Cartilage assessment T2 mapping Visualization and Quantification			
22	Metal Removal Artifact in Joints combined with parallel imaging, on all anatomies			
23	Composing			
24	Multiple contrasts in a single sequence (T1, T2, PD, STIR, FLAIR, DIR and R2/R1 mapping) with post-processing functions (e.g. MAGIC, Syntac, Syntehtic MR).			
25	Latest DWI Package should include Whole Body DWI, Zoom DWI, Spin echo based DWI, computed DWI, advance DWI with distortion artifact correction. Applicable on Brain, Spine, Prostate, Breast, Body			

26	Latest and most comprehensive accelerating Imaging Techniques. (Including Compress Sensing method) to cover 2D/3D sequences and all anatomies. Such as (Turbo Suite Elite, Compressed SENSE premium, HyperWorks, SENSE, iPAT, ASSET, ARC, CAPRIHNA, SMS EPI/TSE, HyperBand, MultiBand, HyperCube, CS GRASP-VIBE, CS Cardiac Cine, TWIST, TWIST-VIBE, StarVIBE, DISCO Star, LAVA Star, 4D Breathing, AIR Recon)			
27	Latest Artificial Intelligence reconstruction based on deep learning to enhance the clinical outcomes as well as reducing the scan times in 2D and 3D sequences and such as (Deep Resolve Sharp & Gain, Deep Resolve Boost, AIR Recon & AIRReconDL, SmartSpeed)			
28	Advance Cardiac MRI applications including (Morphology, Function, Flow, 3D, Viability, 4DQFlow & Tissue characterization, T1, T2, T2* Mapping and Tagging) including post processing			
29	Dedicated Breast CAD solution			
30	Prostate Multi-parametric MRI, including post processing, reporting			
31	MR Liver Elastography (Sequence + Vibration Hardware)			
32	Multi-Nuclear Spectroscopy/Imaging (MNS)			
33	Latest SAR Management technology			
34	Black Blood Imaging sequences			
35	Please Specify Any additional scanning techniques			
H.	MR Specialized Clinical Purposes Application			
1	Cortical Bone Imaging (Optional - To be quoted separately) if available			
2	Amide Proton Transfer Imaging (APT) (Optional - To be quoted separately) if available			


3	Multi-shell DWI (Optional - To be quoted separately) if available			
4	MRI Brain imaging tracking to monitor progress of neurological disorders using series of serial brain scans. (Optional - To be quoted separately) if available			
5	Multi-Modality Onco processing for lesion follow up. (Optional - To be quoted separately) if available			
6	2K Imaging for MSK (Optional - To be quoted separately) if available			
H.	Post-Processing server			
1	Tower or Rack server configuration (Virtual environment is not accepted) , Please Specify . And provide the latest model with high end specifications (higher specs is better)			
2	Viewer, 3D Volume Rendering, MIP, Reformat Composing, Printer, Multi-Modality. All DICOM Services to be included.			
3	MR Software: ADC, Perfusion, Spectroscopy, DTI, BOLD fMRI, Breast Analysis, Advance MR Cardiac including (Morphology, function, flow, Viability, 4D Flow & Tissue characterization)			
4	Automated segmentation and measurement of volumes of brain structures and comparison to normative database of brain structures and volumes			
I.	Image Processor			
1	Should be latest Processor, No.xspeed. Please Specify. (Higher is better)			
2	Dedicated RAM: ≥ 128GB (Higher is better)			
3	Reconstruction speed: ≥ 60,000 recon/sec @ 256x256 FFT, Full FOV (Higher is better)			
4	Maximum matrix: ≥ 1024x1024 (Higher is better)			

5	Min. 2D slice thickness, mm: ≤0.5 (Lower is better)				
6	Min 3D slice thickness, mm: ≤0.1 (Lower is better)				
7	3D reconstruction, MIP, MPR.				
8	Zooming and distance measurement.				
9	Pixel intensity value and ROI measurement.				
10	Highest in-plane resolution ≤ 10 μm, (Higher resolution is better)				
J.	Control Console Workflow				
1	Should be the latest Processor, Clock Speed ≥ 3.0GHz: Please Specify.				
2	Dedicated RAM: ≥ 64GB				
3	OS: 64bit System.				
4	Color LCD, ≥19" 1280x1024.				
5	HDD storage: ≥ 450 GB or 400,000 image of 256x256 matrix				
6	CD/DVD Archiving.				
7	Full DICOM Services 3.0, RIS, HIS, PACS Support.				
K.	MRI compatible dual-head Injector (MEDRAD INJECTOR)				
1	Mobile unit mounted on a pedestal with a stable base.				
2	Touch screen control room unit, screen size 8" or higher.				
3	Maximum syringe capacity: Please specify.				
4	Volume & increment for each syringe: Please specify.				
5	Flow rate & increment: Please specify.				
6	Programmable protocols.				
7	Maximum Pressure: ~325 psi.				
L	Accessories (Must be from a Well known Manufactures) - Data Sheets to be submitted				

1	MRI compatible patient monitoring (CCTV camera).				
2	MRI compatible wheel chair (Qty 2) + patient stretcher (Qty 1). And Fire extinguisher (Qty 2), Metal Detector (Qty 1)				
	Vital sign monitor to include: At least 15 monitor size of color LCD TFT Type compatible for adult, pediatric and neonatal.				
3	*SPO2, Capnograph, NIBP, Heart Rate, Respiratory Rate, Temperature. And with Built in Printer and rechargeable battery. (full description and technical details with catalogues and data sheet to be submitted)				
4	Latest Model MRI Anesthesia Machine to be included including all accessories . (full description and technical details with catalogues and data sheet to be submitted)				
5	CPR Kit including (Defibrillator, Oxygen cylinder, crash cart)				
6	Laryngoscope with 3 Blade size 0, 1, 2, 3, 4 compatibles with MRI (3) Tesla.				
7	Main System Chiller (cooling System)				
8	UPS for the whole system for minimum 15 min. is a must				
9	Complete RF Cabin including all accessories for 3T system with full room high end design including ambient lighting and patient comfort. RF Manufacturer must be Qualified and approved by the 3.0T system manufacturer. local made is not accepted. Design must be submitted to the NCDEG for approval				
M	Other requirements				

1	Vendors which will be technically qualified should arrange a site visit for 2 Doctors for clinical evaluation and approval.			
2	Onsite training by a factory trained application specialists as complete training program including (MR physics, virtual machines training before the installation, and onsite training activities after the installation, program agenda and duration needs to be submitted along with the offer.			
N	Additional Options or Clinical Packages NOT included in the Price: Please Specify:			
O	5 Years included Comprehensive warranty			
P	Site preparation			

1	<p>To be understood (Turn Key for the MRI Rooms - Technical, control and Magnet) :</p> <p>All Civil work and electro mechanics needed for the installation including , but not limited to:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Air-conditioning * Electricity Work and lighting * Firefighting compatible with Medical Equipment FM200. * Finishing including painting and coloring, PVC Doors, ... * Counters * any ducting work either for cables or Air-conditioning.etc. <p>Complete BOQ with material description to be submitted along with the Room site design (AutoCAD or PDF).</p>			
Q	Comprehensive Service Contract			
1	Comprehensive Service Contract Price valid for 10 years after the warranty End			



رئيس لجنة العطاءات المركزية
بروفيسور محمد الخطيب



المركز الوطني للسكري والغدد الصم والوراثة

NATIONAL CENTER FOR DIABETES ENDOCRINOLOGY & GENETICS

Ref.

Date

الرقم: ١١٣١ / ١٩ / ٢٠٢٢
التاريخ: ١١ / ١٥ / ٢٠٢٢

الشروط الخاصة للعطاء المركزي رقم (ع م/11/2022 إعادة طرح) والمتعلق بشراء جهاز الرنين المغناطيسي (MRI-3Tesla) لحاجة قسم الاشعة في المركز الوطني للسكري والغدد الصم والوراثة

1. الالتزام بموعد تقديم العطاء وتاريخ الاغلاق.
2. يلتزم المناقص بتقديم الأسعار بالدينار الأردني متضمنة التوريد والتركيب والتشغيل في الموقع داخل المركز الوطني للسكري والغدد الصم والوراثة وبحيث تكون الأسعار شاملة الرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات والرسوم والضرائب الأخرى وأية عوائد حكومية أو غير حكومية وبحيث تقدم قيمة ضريبة المبيعات بشكل منفصل ضمن العرض.
3. يلتزم المناقص بتقديم العطاء على نسختين (عرض مالي وعرض فني شامل الشرح الكامل للجهاز وملحقاته إضافة الى كافة الكتالوجات الأصلية وليست صور سواءاً للجهاز وأجزائه أو ملحقاته).
4. يلتزم المناقص بتقديم نسخة الكترونية للعرض الفني والمالي بصيغة (Word و pdf) شاملة الشرح الفني وكافة الكتالوجات الأصلية والوثائق الداعمة دون نقصان للعرض الفني للجهاز وأجزائه وملحقاته أو أي كتالوج من شركة ثالثة يتم تقديم ملحقات منها.
5. يلتزم المناقص بتقديم جدول المطابقة (Compliance Sheet) والذي يجب أن يحتوي على كل الإجابات حسب المواصفات المطلوبة مشيراً الى الكتالوج او العرض الفني ورقم الصفحة. ويتم تقديم نسختين (واحدة مطبوعة وموقعة ومختومة بختم الشركة والثانية نسخة الكترونية على ملف بصيغة (Excel).
(Scanned images not accepted) وبخلاف ذلك يستبعد العرض من الدراسة الفنية.
6. يلتزم المناقص بتحديد الشركة الصانعة (Manufacturer) وبلد المنشأ (Country of origin) وبلد الصنع (Made in....) كما يلتزم بتقديم صورة عن شهادة المنشأ عند الطلب.



المركز الوطني للسكري والغدد الصم والوراثة

NATIONAL CENTER FOR DIABETES ENDOCRINOLOGY & GENETICS

الرقم:

التاريخ:

7. يلتزم المناقص بتجهيز الموقع حسب الأصول لتركيب جهاز الرنين المغناطيسي (MRI-3Tesla) شاملاً" غرفة العزل المغناطيسي الخاصة بالجهاز بحيث تتناسب مع الجهاز لتلافي أية تأثيرات خارجية من حركة وكهرباء وموجات وخلافه وعدم التأثير على الأجهزة الطبية والالكترونية المستخدمة في المركز أو العاملين والمراجعين والمرضى.
8. أن تلتزم الشركة بتجهيز الموقع من الاعمال الانشائية (أسقف، أرضيات، دهان) والانارة والتمديدات الكهربائية اللازمة وكذلك تدفئة وتكييف مركزي و إطفاء حريق FM200 لكامل قسم الرنين المغناطيسي (MRI-3Tesla) وكل ما يلزم من اعمال الهدم والبناء لتجهيز الموقع.
9. يتم تجهيز وتأثيث الموقع من كاونترات ومكاتب وكراسي وكل ما يلزم الموقع من اثاث.
10. ان تلتزم الشركة بتقديم مخطط هندسي يبين فيه تصميم الموقع وأخذ الموافقة عليه قبل البدء بتنفيذ عملية تحضير الموقع.
11. أن يكون الجهاز المقدم في عرض السعر أحدث جهاز للشركة الصانعة وما زال يصنع مع تحديد سنة التصنيع للموديل وتثبيت تاريخ الصنع على الجهاز وان يكون تاريخ التصنيع عام (2023) على الأقل وهذا ينطبق على الكويلات.
12. أن تكون الأجهزة المقدمة في عرض السعر حاصلة على شهادة CE أو FDA مع ضرورة ارفاق نسخ من الشهادات مع عرض السعر وتلتزم الشركات بتوفير نسخ أصلية من هذه الشهادات عند الطلب.
13. اللجنة غير مقيدة بالإحالة على الأقل سعراً لأي مادة وبند.
14. تلتزم الشركة بتقديم كفالة صيانة مجانية لمدة خمس سنوات من تاريخ التشغيل الفعلي للجهاز وتوابعه من اجهزة تشمل قطع الغيار واصلة للمركز والايدي العاملة للجهاز والمستهلكات من هيليوم وكذلك الكويلات.
15. أن تلتزم الشركة بتقديم عرض سعر لعقد صيانة لمدة عشرة سنوات للجهاز والموقع شاملاً قطع الغيار والكويلات (Coils) وغاز الهيليوم واصلة مستودعات المركز الوطني للسكري وكل ما يلزم للحفاظ على استمرارية عمل الجهاز.
16. تلتزم الشركة بان تكون الأجهزة المقدمة وأنظمتها متوافقة مع نظام DICOM 3.0 وان تكون الأجهزة متضمنة الـ Hardware & Software للمواد التي تتطلب ذلك.



المركز الوطني للسكري والغدد الصم والوراثة

NATIONAL CENTER FOR DIABETES ENDOCRINOLOGY & GENETICS

الرقم: Ref.

التاريخ: Date

17. في حال تمت الإحالة على أي من الشركات المتقدمة فيجب أن تتحمل الشركة المصنعة للجهاز المقدم المسؤولية مع الوكيل المحلي بشأن جميع الشروط والأحكام لاتفاقية الشراء والصيانة سواء خلال فترة الضمان أو اتفاقية الصيانة بعد سنوات الضمان. ويجب ضمان ذلك من خلال كتاب رسمي من الشركة المصنعة ومضمنة في العرض وكذلك التوقيع المشترك على قرار الإحالة مع الوكيل المحلي.
18. أن تلتزم الشركة بتوريد كتيبات التشغيل والصيانة مطبوعة وكذلك نسخة الكترونية عند التسليم النهائي.
19. أن تلتزم الشركة بتحديد القدرة الكهربائية اللازمة للجهاز شاملاً الكابلات (Cables) ولوحة التوزيع الخاصة بالجهاز مع وضع المواصفات المطلوبة لها وبعرض سعر منفصل.
20. أن تلتزم الشركات المناقصة بزيارة موقع تركيب الجهاز قبل تقديم عرض الأسعار ويتم تحديد موعد الزيارة الميدانية للموقع من قبل المركز.
21. تلتزم الشركات المطابقة للمواصفات بعد الانتهاء من الدراسة الفنية بتنفيذ زيارة ميدانية (إذا دعت الحاجة لذلك) لطبيب أشعة أو طبيب وفني أشعة في مستشفيات درجة أولى (حكومية أو جامعية أو خاصة) داخل البلد أو خارجه تستخدم نفس موديل الجهاز والتطبيقات الطبية المعروضة ولمدة كافية من أجل التقييم للتطبيقات الطبية والكويلات ونتائج التصوير من حيث جودة الصور ودقتها.
22. على المناقص أن يرفق بعرضه ما يثبت مقدرته الفنية على تنفيذ متطلبات العملية الشرائية وتأمين وسائل الصيانة - للوازم التي تتطلب ذلك، وذلك بإرفاق ما يثبت ما يلي:-
 - a. ذكر مدة عمله في هذا المجال
 - b. تحديد عدد المهندسين والفنيين العاملين لديه وأسمائهم مع اثبات مؤهلاتهم وانهم مدربون على الجهاز المقدم في العرض.

رئيس لجنة العطاءات المركزية
بروفيسور محمد الخطيب



المركز الوطني للسكري والغدد الصم والوراثة

NATIONAL CENTER FOR DIABETES ENDOCRINOLOGY & GENETICS

Ref.

Date

الرقم: ١١٣٢ / ٩ / ٢٠٢٢
التاريخ: ١٥ / ١١ / ٢٠٢٢

**** ملاحظة هامة: توقع هذه الوثيقة وتختم بختم الشركة وترفق مع النسخة الاصلية للعروض.**

الرقم: / /

التاريخ: / /

إقرار وتعهد

رئيس لجنة العطاءات المركزية / المركز الوطني للسكري والغدد الصم والوراثة.

بناء على دعوة العطاء رقم (ع م / 2022/11/ إعادة طرح) الخاص وبعد أن اطّلت وتفهمت كافة بنود تعليمات اللوازم والاشغال والشروط العامة النافذة والمعتمدة من قبل لجنة العطاءات المركزية في مركزكم والشروط الخاصة والمواصفات والمخططات به وكل الوثائق الأخرى المتعلقة به فأني أقدم عرضي لهذا العطاء موقعاً ومختوماً على جدول عرض الأسعار واتعهد بأن أقوم بتوريد كل اللوازم / المواد المكتبية / الاشغال والتي ستحال عليا بموجب ذلك ووفقاً لكافة وثائق العطاء.

وفي حال الإحالة علينا فأني اعتبر توقيعي بالتبليغ على قرار الإحالة ومصادقة الجهة صاحبة الاختصاص في المركز الوطني للسكري عليه يشكل مع وثائق العطاء المشار إليها في المادة (1) الفقرة (ب) من الشروط العامة المشار إليها أعلاه عقداً ملزماً الا إذا ورد في قرار الإحالة ما يخالف ذلك.

واننا نلتزم بسريان كفالات وتأمينات الدخول في العطاء وكذلك صلاحية اسعارنا لمدة (120) مائة وعشرون يوماً اعتباراً من تاريخ اخر موعد لإيداع عروض هذا العطاء وفي حال عدم الرغبة في التمديد سنقوم بتبليغ دائرة اللوازم والعطاءات خطياً بذلك قبل انتهاء المدة المحددة بعشرة أيام عمل على الأقل والا يعتبر عرضنا والكفالات وتأمينات الدخول سارية المفعول حكماً لفترة (120) مائة وعشرون يوماً أخرى وتجدد تلقائياً ولمدد متعاقبة.

مرفقين بطيه كفالات وتأمينات الدخول المطلوبة علماً بأننا قد دفعنا ثمن نسخة العطاء المقرر بموجب الايصال رقم تاريخ (...../...../.....).

المفوض بالتوقيع

الختم

اسم المشترك:

العنوان:

العنوان الالكتروني:

هاتف (.....)

فاكس (.....)



المركز الوطني للسكري والغدد الصم والوراثة

NATIONAL CENTER FOR DIABETES ENDOCRINOLOGY & GENETICS

الرقم:

التاريخ:

الشروط العامة للعطاء رقم (ع م/11/2022 إعادة طرح)

1. (أ) يطبق على هذه الشروط نفس معاني الكلمات والعبارات الواردة في المادة (5) من نظام اللوازم والأشغال النافذ في المركز الوطني للسكري لعام (2016).
(ب) تعتبر الوثائق التالية جزءاً لا يتجزأ من وثائق العطاء:-
 - ❖ التشريعات النافذة في المملكة الأردنية الهاشمية.
 - ❖ تعليمات اللوازم والأشغال النافذ في المركز الوطني للسكري.
 - ❖ الشروط العامة والشروط الخاصة للعطاء.
 - ❖ المواصفات العامة والخاصة باللوازم أو الأشغال أو المواد المكتتبية.
 - ❖ الكفالات والتأمينات.
 - ❖ العقد أو الاتفاقية.
 - ❖ المخططات والكتالوجات وجداول الكميات التي يقدمها المركز أو يقدمها المتعهد للمركز ويعتمدها المركز الوطني للسكري.
 - ❖ قرار الإحالة وشروطه.
 - ❖ أية مواصفات أو إيضاحات تتم على هذه الوثائق وحتى انتهاء العقد.
2. يلتزم كل مشترك بتحديد اسم الشخص المفوض بالتوقيع بموجب نموذج مخصص لهذه الغاية على أن يكون موقعاً من الشخص المعتمد بالتوقيع في سجلات وزارة الصناعة والتجارة وشهادة مختومة من طرفهم بصحة التوقيع ويجوز تقديم التفويض لأكثر من عطاء وبخلاف ذلك تستثنى الشركة من المشاركة في العطاء.



المركز الوطني للسكري والغدد الصم والوراثة

NATIONAL CENTER FOR DIABETES ENDOCRINOLOGY & GENETICS

الرقم:

التاريخ:

Ref.

Date

3. أ) تستبعد العروض المالية غير الموقعة من مقدميها أو وكلائهم على كل صفحة من هذه العروض.

ب) لا يقبل العرض الذي يقدم بعد الموعد المحدد.

ج) يقدم العرض على النموذج المقرر مطبوعاً أو مكتوباً بخط اليد باستثناء تعبئة المواقع المطلوبة

ولا يجوز ادخال أي تعديل أو إجراء أي تغيير أو كشط في نموذج العرض للعبء أو أي من وثائق

العبء المرفقة به من قبل المشترك إلا إذا اقتضت الضرورة غير ذلك وعندها على المشترك التوقيع

بجانب الكشط أو المحو أو التعديل أو الإضافة وإلا فلجنة أن تستبعد العرض.

د) للمشارك تقديم بعض البدائل من خلال تضمين ذلك في مذكرة خاصة منفصلة ترفق بالعرض

واللجنة غير ملزمة بالأخذ بها.

4. إذا اشتملت دعوة العبء على علامة تجارية أو مواصفات خاصة لأي بند فإن ذلك لا يقيد المشارك

بهذه المواصفات أو العلامة التجارية إنما هو مؤشر إلى الخصائص والاستعمالات للوازم المطلوبة

ويحق للمشارك أن يقدم المواد البديلة التي لها نفس الميزات والخصائص والاستعمالات المعادلة لها

والتي يمكن أن تؤدي الغرض المراد تحقيقه منها بنفس القدر الذي تحققه المواد المسماة وفي مثل

هذه الحالة تعتبر المواصفات المطلوبة هي عامة للحصول على النتائج المقصودة من الجهة المعنية

في المركز الوطني للسكري.



المركز الوطني للسكري والغدد الصم والوراثة

NATIONAL CENTER FOR DIABETES ENDOCRINOLOGY & GENETICS

الرقم:

التاريخ:

Ref.

Date

5. أ) يقدم العرض الورقي من نسختان (أصل وصورة) توضع كل نسخة في مغلف منفصل على أن يكتب على مغلف كل منها وبخط واضح "النسخة الاصلية" أو "النسخة الأولى" حسب مقتضى الحال وأيضاً اسم المشترك وعنوانه ورقم الهاتف ورقم الفاكس والبريد الالكتروني ورقم العطاء ونوع اللوازم و/أو الاشغال و/أو المواد المكتبية ويتم وضع التأمين الخاص بدخول العطاء داخل مغلف مكتوب على ظهره "تأمين دخول للعطاء رقم " في مغلف مختوم معنون باسم (لجنة العطاءات المركزية -المركز الوطني للسكري) ومكتوب عليه بخط واضح اسم المشترك وعنوانه ورقم الهاتف ورقم الفاكس ورقم العطاء ونوع اللوازم أو اوعية المعلومات أو الاشغال.
- ب) إذا طلب تقديم عرض فني منفصل عن العرض المالي فعلى المشترك وضع النسخة الاصلية وصورتي العرض في مغلفين منفصلين يكتب عليها "العرض المالي" أو "العرض الفني" حسب مقتضى الحال إضافة الى كتابة نفس التفاصيل الواردة في الفقرة (ب) من هذا البند.
- ج) توضع الكتالوجات والعينات والنشرات الفنية في مغلف منفصل ومغلق ويكتب على ظهره من الخارج محتواه ويتم وضعه داخل المغلف الرئيسي.
6. على المشترك ان يبين في عرضه عنواناً ثابتاً ورقم الفاكس والبريد الالكتروني ترسل الى أي منها جميع المراسلات المتعلقة بالعطاء وعليه ان يبلغ اللجنة بكتاب مسجل عن أي تغيير أو تعديل في عنوانه والا فإنها لن تكون ملزمة بمراعاة هذا التغيير أو التعديل في العنوان وتعتبر جميع المراسلات بالفاكس أو البريد الالكتروني أو تلك التي تترك في العنوان المذكور أو ترسل له بالبريد كأنها وصلت فعلاً وسلمت في حينها.



المركز الوطني للسكري والغدد الصم والوراثة

NATIONAL CENTER FOR DIABETES ENDOCRINOLOGY & GENETICS

الرقم:

التاريخ:

Ref.

Date

7. على المشترك الالتزام بتحديد بلد المنشأ والشركة الصانعة والماركة والموديل للوازم والمواد المكتبية والاشغال والتجهيزات المقدمة في عرض الأسعار وإذا كان هناك أكثر من بلد منشأ في عرض المشترك لأي بلد فلجنة تحديد بلد المنشأ الذي تراه مناسباً وعلى المشترك الالتزام بذلك.
8. ترفق بالعروض صورة عن السجل التجارى ورخصة المهن سارية المفعول، وإذا كان العطاء يتعلق بالإنشاءات أو أعمال الصيانة الانشائية فيرفق ايضاً شهادة درجة التصنيف لدى وزارة الاشغال العامة والإسكان وشهادة انتساب الى نقابة مقاولي الاشغال العامة والبناء.
9. يودع العرض من قبل المشترك أو وكيله في صندوق العطاءات المركزية في دائرة اللوازم والعطاءات في المكان المخصص في الموعد المحدد في الإعلان عن العطاء.
10. أ) على المشترك أن يضع أسعاره رقماً وكتابة على النموذج -ان وجد- وللجنة رفض أي عرض يحدث فيه المشترك تشويشاً في أسعاره.
- ب) على الرغم مما يرد في أي مكان اخر لا يتحمل المركز الوطني للسكري أية مسؤولية أو تعويض من جراء ارتفاع أسعار المواد والتجهيزات و/أو أجور الايدي العاملة و/أو عن الخسارة في المعدات



المركز الوطني للسكري والغدد الصم والوراثة

NATIONAL CENTER FOR DIABETES ENDOCRINOLOGY & GENETICS

الرقم: Ref.

التاريخ: Date

والآلات والتجهيزات المستعملة من قبل المتعهدين ويستثنى من ذلك حالة زيادة أو تخفيض الرسوم المباشرة على تلك المواد أو حالة تغيير مباشر لأسعار المواد موضوع العطاء ذات الأسعار المحددة أو التجهيزات والتي تفرض في كلا الحالتين بموجب قرار صادر عن مجلس الوزراء في المملكة بعد اخر موعد لإيداع العروض وقبل انتهاء موعد الاستلام المقرر لهذه المواد أو التجهيزات حيث يتم زيادتها أو خفضها وبنفس النسبة أو المقدار ويشترط لتطبيق هذا الاستثناء أن تورد هذه المواد في الموعد المتفق عليه وبدون تأخير.

11. يجوز للمشارك الغاء عرضه بموجب مذكرة موقعة منه تودع في صندوق العطاءات المركزية قبل الموعد المحدد لفتح العروض وله أن يسترد عرضه خلال عشرة أيام عمل من فتح العروض والا يحق لدائرة اللوازم والتزويد إتلافه.

12.أ) يحق للجنة العطاءات زيادة أو تخفيض الكميات التي تقرر توريدها أو طلبها بموجب أي عطاء بنسبة لا تزيد على (25%) على كل بند من البنود.

ب) تعبا الأسعار الافرادية شاملة للضريبة العامة على المبيعات على عمود منفصل ثم يتم تعبئة قيمة البند الواحد بشكل واضح ثم تعبا القيمة الاجمالية للعرض (لكافة البنود) بحيث تكون محسوبة وواضحة رقماً وكتابة.

13. يلتزم المشارك بسريان صلاحية أسعاره وكذلك كفالات وتأمينات الدخول الى العطاء لمدة (120) مائة وعشرون يوماً ابتداء من تاريخ اخر يوم لإيداع العروض وفي حالة إعادة طرح العطاء فمن تاريخ اخر موعد لاستلام العروض للعطاء المعاد طرحه وعلى المشارك تبليغ دائرة اللوازم والعطاءات خطياً بعدم رغبته في تمديد صلاحية عرضه قبل انتهاء المدة المحددة بعشرة أيام عمل على الأقل والا يعتبر تأمينه أو كفالاته المقدمة من قبله وعرضه المالي سارية المفعول لفترة (120) مائة وعشرون يوماً أخرى ويعتبر تقديمه للعرض التزاماً بذلك.



المركز الوطني للسكري والغدد الصم والوراثة

NATIONAL CENTER FOR DIABETES ENDOCRINOLOGY & GENETICS

الرقم:

التاريخ:

Ref.

Date

14. تقدم الأسعار بالدينار الأردني شاملة الضريبة العامة على المبيعات على أساس (واصل مستودعات المركز) بحيث يتولى المتعهد المحال عليه العطاء التخليص على البضاعة وشحنها وتوصيلها للمركز وتركيبها وتشغيلها وجميع ما يلزم حسب الأصول ما لم يرد خلاف ذلك في الشروط الخاصة لدعوة العطاء وفي حال تقديم الأسعار بغير الأردني فللجنة تحويل السعر الى الدينار الأردني حسب سعر الصرف المعتمد رسمياً لأخر يوم لإيداع العروض.

15. أ) على المشترك أن يرفق بالعرض لصالح المركز الوطني للسكري ولأمه فقط تأميناً للدخول في العطاء على شكل كفالة مصرفية أو شيكاً مصدقاً من قبل أحد المصارف العاملة في المملكة بنسبة لا تقل (3%) ثلاثة بالمائة من القيمة الاجمالية لعرضه وتتضمن عبارة (تجدد تلقائياً ولمدد متعاقبة) ولا ينظر في العروض غير المعززة بتلك التأمينات وبحيث * يتم ذكر اسم المشترك (الشركة) ورقم العطاء على هذا التأمين بوضوح وعلى أن تغطي الكفالة القيمة الأعلى لعرضه في حال وجود بدائل تحت طائلة المحال استبعاد العرض ولا يفرج عن الكفالة الا بعد صدور قرار الإحالة النهائية وتبلغ المتعهد المحال عليه العطاء وبتنسيب من مدير دائرة اللوازم والعطاءات. ب) يقدم المتعهد المحال عليه العطاء تأميناً لحسن التنفيذ بنسبة (10%) عشرة بالمائة من القيمة الاجمالية العطاء أو المواد المحالة لأمر المركز الوطني للسكري على شكل كفالة مصرفية أو شيك مصدق من قبل احد المصارف العاملة في المملكة وتتضمن عبارة (تجدد تلقائياً ولمدد متعاقبة) تبقى سارية المفعول لحيت استلام اللوازم أو المواد المكتبية أو الاشغال وتشغيلها وصدور محضر استلام أصولي أو تقرير فني حسب مقتضى الحال ويحفظ هذا التأمين لدى الدائرة المالية في المركز الوطني للسكري كضمان لتأمين تنفيذ العطاء على الوجه الأكمل ولاستيفاء المبالغ التي قد تكون دفعت زيادة على المبالغ المستحقة له ولاستيفاء الغرامات.



المركز الوطني للسكري والغدد الصم والوراثة

NATIONAL CENTER FOR DIABETES ENDOCRINOLOGY & GENETICS

الرقم:

التاريخ:

Ref.

Date

والتعويضات وفروق الأسعار أو التكاليف التي تستحق لحين الانتهاء من تنفيذ العطاء بصورة نهائية وفي حال عدم كفاية الكفالة أو التأمين يتم الرجوع على مستحقاته من عطاءات أخرى نفذه أو يقوم بتنفيذها في المركز الوطني للسكري وعلى أمواله المنقولة وغير المنقولة أو فواتير لصالح المركز الوطني للسكري.

ج) يلتزم المتعهد المحال عليه العطاء بالقيام بالصيانة المجانية الشاملة لقطع الغيار والايدي العاملة لمدة عام كامل (الا إذا ورد خلاف ذلك في الشروط الخاصة لقرار الإحالة) على أن تكون سارية المفعول اعتباراً من تاريخ التسلم الفعلي وتشغيل الأجهزة بشكل كامل وفعال وورود تقرير في ذلك من الجهة صاحبة العلاقة أو اعتباراً من صدور شهادة استلام أولي فيما يخص العطاءات الانشائية وعليه تقديم كفالة صيانة بمقدار (5%) من قيمة العطاء تبقى سارية المفعول حتى انتهاء فترة الصيانة وفي حال تأخر المتعهد عن القيام بالصيانة المطلوبة خلال المدة التي يحددها المركز الوطني للسكري أو تلك المحددة في العطاء أو الاتفاقية المبرمة معه يحق للمركز الوطني للسكري اجراء تلك الصيانة بالطريقة التي يراها مناسبة بالغة ما بلغت التكاليف وخصمها من كفالة الصيانة وفي حال عدم كفايتها يحق للمركز الوطني للسكري الرجوع على أموال المتعهد أو خصمها من أية مستحقات له لدى المركز الوطني للسكري.

16. أ) يلتزم المتعهد بمدة التسليم المحددة في دعوة العطاء.

ب) إذا لم تحدد مدة التسليم في دعوة العطاء فعلى المشترك أن يحدد المدة التي يراها مناسبة وللجنة في هذه الحالة النظر في مدة التسليم المقترحة.



المركز الوطني للسكري والغدد الصم والوراثة

NATIONAL CENTER FOR DIABETES ENDOCRINOLOGY & GENETICS

الرقم:

التاريخ:

Ref.

Date

ج) إذا كانت مدة التسليم المحددة بالعماء لا تناسب المشترك فعليه تحديد المدة التي يراها مناسبة وللجنة في هذه الحالة قبول عرضه أو رفضه.

17.أ) تحسب مدة التسليم اعتباراً من تاريخ التبليغ بقرار الإحالة من المركز الوطني للسكري أو اعتباراً من تاريخ أمر المباشرة وتعرف مدة التسليم بأنها مجموع الأيام أو الأشهر التقويمية وتكون شاملة لأيام العطل والجمع والأحوال الجوية الطبيعية والأعياد الرسمية.

ب) في حال عدم تحديد قيمة مقطوعة لغرامات التأخير في شروط الإحالة تحسب غرامات التأخير بالتوريد على أساس (0.001) واحد بالآلف من قيمة العماء المحالة على المتعهد عن كل يوم تأخير في تسليم اللوازم أو المواد المكتبية أو الأشغال عن موعد التسليم وتحسب الغرامة من المبالغ المحددة من المبالغ المستحقة للمتعهد أو من تأمين حسن التنفيذ وإذا وافق المركز الوطني للسكري على تسليم أية أجزاء من العماء بشكل يتيح له استعمال تلك الأجزاء واستغلالها بموعد لا يتجاوز موعد التسليم المنصوص عليه فلا تحسب عنها غرامة التأخير وتحسب فقط عن الأجزاء أو البنود المتأخرة.

18. على المشترك أن يقدم عينات من اللوازم المطلوبة أو البنود التي تتطلب تلك العينات وخلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ طلبها وتحت طائلة استبعاد عرضه كاملاً وعليه أيضاً تقديم كتالوجات ونشرات باللغة العربية إن أمكن ذلك أو الإنجليزية عن كيفية تشغيل الأجهزة والمخططات الخاصة بها وعليه تقديم كتيبات التشغيل والصيانة اللازمة للأجهزة الموردة ما لم يرد خلاف ذلك في قرار الإحالة.



المركز الوطني للسكري والغدد الصم والوراثة

NATIONAL CENTER FOR DIABETES ENDOCRINOLOGY & GENETICS

الرقم: Ref.

التاريخ: Date

19. باستثناء ما يطلب في الشروط الخاصة لقرار الإحالة يشترط أن تكون اللوازم المعروضة جديدة وغير مستعملة ومطابقة في مواصفاتها للمواصفات الواردة في دعوة العطاء وأن تكون مطابقة للمواصفات والمقاييس الأردنية المعتمدة لدى الجهات الرسمية صاحبة الاختصاص وللجنة أن تستبعد أي عرض مخالف لذلك.

20. في حال وجود معلومات متعارضة في العرض يؤخذ بما فيه مصلحة المركز الوطني للسكري ودون المساس بحقوق المشتركين الآخرين ويلزم المشترك به في حال إحالة العطاء عليه كلياً أو جزئياً وبما يخصه وللجنة استبعاد أي عرض لا يكون واضحاً بصورة كافية أو يتحمل أكثر من تفسير أو إذا كان ناقصاً في بيان مواصفات العطاء أو شروط ومواعيد تسليمها ويكون تقدير اللجنة بعدم الوضوح أو التعارض كافياً لاستبعاد العرض إلا أنه يجوز للجنة أن تطلب الإيضاح المناسب.

21. اللجنة غير مقيدة بالإحالة على أقل الأسعار ولها الحق في إلغاء العطاء كلياً أو جزئياً إذا اقتضت مصلحة المركز الوطني للسكري ذلك دون أن يكون لأي من المشتركين الحق في المطالبة بأية خسائر أو ضرر ناتج عن ذلك.

22. اللجنة غير مسؤولة عن أية أخطاء قد يرتكبها المشترك في وضع الأسعار وفي جميع الأحوال تعتمد الأسعار الافرادية الواردة في العرض وإذا وجد في أي من العروض المقدمة نقص أو خطأ أو تناقض بين حساب جملة أي مبلغ وما يجب أن تكون عليه هذه الجملة بتطبيق السعر الافرادي المعروض لأي بند في جدول الكميات فللجنة الحق في تعديل جملة المبلغ بما يتفق وتطبيق السعر المعروض على كمية ذلك البند وبالتالي تعديل مجموع السعر أو المبلغ المقدم للعطاء وإذا حدث خلاف بين السعر المذكور بالأرقام والمذكور كتابياً فتعتبر الكتابة هي الملزمة وكذلك إذا حدث خطأ في جمع قيم مختلف البنود فإن للجنة الحق في تصحيح المجموع ويكون المجموع المصحح في مثل هذا العطاء هو الملزم للمشارك.



المركز الوطني للسكري والغدد الصم والوراثة

NATIONAL CENTER FOR DIABETES ENDOCRINOLOGY & GENETICS

الرقم: Ref.

التاريخ: Date

23. أ) يتحمل المتعهد نفقات اجراء الفحوص الروتينية للمواد وأية فحوصات تجري على المواد بقصد التحقق من مطابقتها للمواصفات.

ب) يجوز للمركز الوطني للسكري مطالبة المتعهد بتكرار الفحص في أي مرحلة من مراحل التنفيذ ويتحمل المتعهد نفقات اجراء الفحوص المكررة إذا كانت النتائج غير مطابقة لمواصفات وشروط العطاء وبخلاف ذلك يتحملة المركز الوطني للسكري.

24. على الشركات الالتزام بالمدة المحددة للإحالات المبدئية وكل اعتراض يرد بعد انتهاء مدة الاعتراض لا يؤخذ به وكذلك لا يؤخذ بالاعتراض للمرة الثانية بدون وجود أسباب اعتراض مقنعة.

25. على الشركات عند الإعلان عن الإحالة المبدئية أن ترسل شخص له دراية وخبرة بالعطاء ومواده للاطلاع على الإحالة المبدئية.

26. إن اللجنة غير ملزمة بإحالة جميع المواد على شركة معينة ولها استبعاد أي عرض يشترط المشترك إحالة جميع المواد عليها أو أن يشترط بأن لا تقل الإحالة عن مبلغ معين يتم تحديده وذلك عند تقديم العروض.

27. تقوم دائرة اللوازم والعطاءات بإعادة العينات المقدمة مع العروض غير المقبولة الى أصحابها إذا رغبوا في ذلك وبخلاف ذلك تؤول ملكيتها للمركز الوطني للسكري وله التصرف بها كما يشاء إذا لم يتم باستردادها خلال (60) ستون يوماً من تاريخ إحالة العطاء وبالتنسيق مع الجهات المعنية.

28. للجنة وبعد الاطلاع على رأي الخبرة الفنية قبول لوازم أو مواد مكتبية أو أشغال تتفاوت في مواصفاتها أو شروطها عن تلك المحالة في أي من الحالات التالية: -

أ) أن تكون مماثلة لها.

ب) أن تكون مواصفاتها أجود وأفضل ودون زيادة في السعر أو تغيير في الشروط.



المركز الوطني للسكري والغدد الصم والوراثة

NATIONAL CENTER FOR DIABETES ENDOCRINOLOGY & GENETICS

الرقم:

التاريخ:

Ref.

Date

(ج) أن تكون مواصفاتها أقل أو كانت ناقصة لأجزاء منها شريطة حسم القيمة أو النسبة التي تراها اللجنة مناسبة من ثمنها.

29. يعتبر تقديم المشترك لعرضه موافقة منه بأن توقيعه بالتبليغ على قرار الإحالة بعد المصادقة عليه من الجهة صاحبة الاختصاص يشكل مع وثائق العطاء المشار إليها في المادة (1) الفقرة (ب) أعلاه من هذه الشروط عقداً ملزماً إلا إذا ورد في قرار الإحالة ما يخالف ذلك.

30. تكون تعبئة وتغليف اللوازم بما يتفق والمعايير والأسس ذات مستوى تجاري جيد مع بيان طريقة التعبئة.

31. يتحمل المشترك الرسوم المستحقة عليه من عدد مرات الإعلان عن العطاء بنسبة قيمة إحالته من القيمة الاجمالية لقيمة قرار إحالة العطاء ومهما تكررت مرات الإعلان.

32. يدفع المتعهد المحال عليه الطوابع القانونية ورسم الإحالة ورسوم العقود والرسوم الإضافية وأية رسوم أخرى مستحقة بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها ويتم تسديد هذه الرسوم والطوابع عند التوقيع على قرار الإحالة.



المركز الوطني للسكري والغدد الصم والوراثة

NATIONAL CENTER FOR DIABETES ENDOCRINOLOGY & GENETICS

الرقم:
التاريخ:
Ref.
Date

33. يعتبر المركز الوطني للسكري أحد مراكز المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا ويتمتع المجلس بجميع الإعفاءات من الرسوم التي تتمتع به الوزارات والدوائر الرسمية وعلى الشركات أخذ ذلك بعين الاعتبار عند تقديم عروض الأسعار والمركز الوطني للسكري يقوم بتزويد المتعهدين بكتب الإعفاءات الجمركية في حال كانت الأسعار المقدمة منهم غير شاملة للرسوم الجمركية وفي حال وجودها لبند معين فيتم اتخاذ قرار بشأن الموضوع من قبل لجنة العطاءات المركزية.
34. يقر مستلم هذه النسخة بأنه قد اطلع وفهم كافة بنودها وأنه رضي بها رضاً صحيحاً.
35. تبت اللجنة في الحالات التي لم يرد عليها نص في هذه الشروط.
36. في حال وجود أي استفسارات على شروط ومواصفات العطاء من قبل الشركات يكون اخر موعد لتسليم الاستفسارات في دائرة اللوازم والعطاءات يوم الاربعاء الموافق 2023/5/24 الساعة الثالثة عصراً.
37. اخر موعد لشراء نسخ دعوة العطاء يوم الثلاثاء الموافق 2023/5/30 الساعة الواحدة ظهراً.
38. اخر موعد لتسليم العروض في دائرة اللوازم والعطاءات يوم الاثنين الموافق 2023/6/5 الساعة العاشرة والنصف صباحاً.


بروفيسور محمد الخطيب
رئيس لجنة العطاءات المركزية