



المركز الوطني للسكري والغدد الصم والوراثة

NATIONAL CENTER FOR DIABETES ENDOCRINOLOGY & GENETICS

Ref. _____

Date _____

٢٧٢٦/٨/١٤٤٢

الرقم:

٢٠٢٦/١٠/١

التاريخ:

ملحق للعتاء المركزى رقم (ع م/٢٠٢٦/٤ إعادة طرح) والمتعلق بشراء وتوريد أجهزة طبية لحاجة الـ Molecular Genetics فى مختبر الوراثة الجزيئية فى المركز الوطنى للسكرى والغدد الصم والوراثة

نود إعلامكم بأن الأجهزة المطلوب شراؤها ضمن العطاء أعلاه هي:-

1. NGS General Platform.

2. Bioanalyzer.

على أن يكون العطاء غير قابل للتجزئة وشراء الأجهزة من نفس الشركة وذلك للحصول على دعم فني وصيانة وسعر أفضل.

وعلى أن يتم تعديل المواصفة أدناه لتصبح كما يلي:-

- Sequencing Quality:

At PE150, $\geq 85\%$ of bases must achieve Q20 or higher.

رئيس لجنة العطاءات المركزية
الأستاذ الدكتور محمد الخطيب



المركز الوطني للسكري والغدد الصم والوراثة

NATIONAL CENTER FOR DIABETES ENDOCRINOLOGY & GENETICS

Ref. _____

الرقم: ٢٥٥/٩١٥

Date _____

التاريخ: ٢٠٢٦/٩/١٥

مواصفات العطاء المركزي رقم (ع م/٢٠٢٦/٤) وإعادة طرح) والمتعلق بشراء وتوريد أجهزة طبية لحاجة الـ Molecular Genetics في مختبر الوراثة الجزيئية في المركز الوطني للسكري والغدد الصم والوراثة

No.	Item	Specifications	Qty
1	Next generation sequencing (NGS) platform	1. General Platform Requirements • Current-generation benchtop short-read NGS platform suitable for human molecular genetics. • All ancillary equipment required for routine operation, installation, commissioning and workflow must be included. • The platform must support paired-end sequencing of at least 2×150 bp (PE150), with flexible read-length configurations. Single-end sequencing should be available where supported by the platform. • The platform must be compatible with hybridization-capture, amplicon, PCR-free, RNA-seq, cfDNA/cfRNA, methylation-sequencing and UMI-based libraries, including third-party library-preparation kits where technically compatible. • The system must support dual indexing and multiplexing and must require minimal hands-on operation. Any routine washing/cleaning must be automated or minimal. 2. Output, Flow-Cell and Batching Flexibility • At least two selectable sequencing-output configurations must be available, OR the instrument must provide independently operable flow cells/lanes that provide equivalent batching flexibility. • At least one configuration must provide total concurrent PE150-equivalent output of ≥ 120 Gb per instrument batch. • The supplier must declare, for every available flow-cell/reagent configuration: nominal output (Gb), usable output where available, read count/read pairs, read length, sequencing time, Q30/Q40 performance, number of lanes/flow cells, and whether flow cells/lanes can operate independently or concurrently.	1



المركز الوطني للسكري والغدد الصم والوراثة

NATIONAL CENTER FOR DIABETES ENDOCRINOLOGY & GENETICS

Ref. _____

الرقم: _____

Date _____

التاريخ: _____

	• Higher throughput and greater batching flexibility will receive additional technical scoring. 3. Standardized Capacity for Tender Comparison • The supplier must provide both the theoretical normalized sample capacity and the vendor-recommended practical sample capacity for each flow-cell/output configuration. • The supplier shall state the complete turnaround time for PE150, including cluster/flow-cell preparation, sequencing, base calling and FASTQ generation. Shorter turnaround times will receive higher technical scores. 4. Sequencing Quality • At PE150, $\geq 85\%$ of bases must achieve Q30 or higher. Performance $\geq 90\%$ Q30, Q40 performance and higher quality metrics will receive additional technical scoring. • The supplier must provide documented sequencing error-rate/accuracy specifications and representative human genomic DNA performance. • Where available, GIAB or equivalent reference-material benchmarking for germline SNV/indel precision and recall must be provided. 5. Required Applications • Targeted DNA panels, whole-exome sequencing (WES), whole-genome sequencing (WGS), RNA sequencing, cfDNA/cfRNA sequencing, PCR-free sequencing, UMI-based workflows and methylation-sequencing libraries. • The supplier must provide application notes, publications, reference sites or validation data supporting each claimed application.	
--	--	--



المركز الوطني للسكري والغدد الصم والوراثة

NATIONAL CENTER FOR DIABETES ENDOCRINOLOGY & GENETICS

Ref. _____

الرقم: _____

Date _____

التاريخ: _____

6. Data Access and Secondary Analysis

- Standard non-proprietary outputs must include FASTQ, BAM and/or CRAM, VCF/gVCF, QC metrics, coverage metrics and CNV/SV outputs where applicable.
- The secondary-analysis solution must support demultiplexing, FASTQ generation, alignment, duplicate processing, germline SNV/indel calling, CNV analysis, structural-variant analysis, mitochondrial variant analysis, and STR/repeat analysis where supported. RNA workflows should support alignment, expression/splice analysis and fusion detection where supported.
- Pipelines must be version controlled and suitable for clinical validation. Tertiary interpretation/reporting may be provided separately but must not replace the required secondary-analysis capability.

7. Storage Server Requirements:

The vendor shall provide, install, configure and commission a dedicated NGS data storage server with the minimum requirements:

- Usable storage: ≥ 40 TB.
- Storage redundancy: RAID 6, RAIDZ2, or equivalent, with tolerance for at least two simultaneous disk failures.
- Memory: ≥ 64 GB ECC RAM.
- Network: Minimum 2×10 GbE network interfaces for connection to the institution's network, supporting redundancy/failover.
- Power: Minimum $2 \times$ redundant hot-swappable power supplies.
- Data formats: Support standard, non-proprietary formats including FASTQ/FASTQ.gz, BAM/CRAM, VCF/gVCF and standard QC/coverage/report formats.
- Warranty/support: Minimum 5-year Vendor warranty covering parts and labor, with 24/7 technical support. Vendor shall specify response and hardware-replacement times.



المركز الوطني للسكري والغدد الصم والوراثة

NATIONAL CENTER FOR DIABETES ENDOCRINOLOGY & GENETICS

Ref. _____

الرقم: _____

Date _____

التاريخ: _____

2	Bioanalyzer	- Automated solution for reliable quality control (QC) of NGS libraries, genomic DNA, cfDNA, RNA, PCR and qPCR products. - The system must provide DNA/RNA sizing, concentration, integrity assessment, and NGS library size distribution. - Sample input volume: $\leq 2 \mu\text{L}$ per sample. Significantly faster analysis time (< 8 minutes per sample) - Must support scalable sample analysis from 1 to ≥ 8 samples per run. Integrated software for sizing, quantification, and QC reporting - Concentration estimation - Detect low concentration samples - Library size distribution and fragment-size analysis. - Must provide DNA integrity assessment using DIN or equivalent metric. - Must provide RNA integrity assessment using RIN, RINe, RQN, or equivalent metric. - Must include integrated software for automated sizing, quantification, integrity assessment, QC analysis, and report generation. - The system must include all required instruments, software, reagents, consumables, accessories, installation, and training necessary for routine DNA, RNA, and NGS library QC. - The supplier must provide appropriate assay kits/consumables for genomic DNA, cfDNA, RNA, and NGS library QC. - The system must provide exportable QC results and reports in commonly used electronic formats. - The supplier must provide technical support, preventive maintenance, and warranty for the complete system.	1
---	-------------	---	---

رئيس لجنة العطاءات المركزية
الأستاذ الدكتور محمد الخطيب



المركز الوطني للسكري والغدد الصم والوراثة

NATIONAL CENTER FOR DIABETES ENDOCRINOLOGY & GENETICS

Ref. _____

الرقم: ٢٠٢٧ / ٩ / ٥٤

Date _____

التاريخ: ٢٠٢٧ / ٩ / ١٥

مواصفات وشروط العطاء المركزى رقم (ع م/٢٠٢٦/٤) والمتعلق بشراء وتوريد أجهزة طبية لحاجة الـ Molecular Genetics في مُختبر الوراثة الجزيئية في المركز الوطني للسكري والغدد الصم والوراثة

- 1- تلتزم الشركات بتقديم كفالة صيانة مجانية لمدة خمسة سنوات شاملة قطع الغيار وأجور الأيدي العاملة وكل ما يلزم لاستمرارية عمل الأجهزة تبقى سارية المفعول طيلة فترة التعاقد.
- 2- تلتزم الشركات بتقديم تعهد بتوفير قطع الغيار لمدة عشرة سنوات بعد انتهاء مدة الصيانة المجانية.
- 3- تلتزم الشركات بأن تكون الأجهزة المقدمة في عرض السعر أحدث الأجهزة المصنعة وما زالت تصنع مع تحديد سنة التصنيع للموديل وتقديم شهادة منشأ.
- 4- تلتزم الشركات بذكر أماكن بيع الأجهزة في الأردن وخارج الأردن.
- 5- تلتزم الشركات بأن تكون الأجهزة المقدمة في عرض السعر حاصلة على شهادة CE أو FDA مع ضرورة إرفاق نسخ من الشهادات مع عرض السعر المقدم وتلتزم الشركات بتوفير نسخ أصلية من هذه الشهادات سارية المفعول عند طلبها.
- 6- تلتزم الشركات بأن لا يزيد عرض السعر المقدم عن بديلين (عرض أصيل وبديل).
- 7- اللجنة غير مقيدة بالإحالة على أقل الأسعار لأي بند.
- 8- تلتزم الشركات بأن تكون كافة الأجهزة المقدمة تعمل على كهرباء 220 فولت 50 هرتز.
- 9- تلتزم الشركات المشاركة في العطاء بأن يتم التوقيع على العرض الفني والمالي من قبل الشخص المفوض لدى الشركة مع ضرورة كتابة المسمى الوظيفي والاسم الثلاثي للشخص وخلاف ذلك لا يتم اعتماد العرض المقدم.
- 10- تلتزم الشركات بتقديم جدول مطابقة (Compliance Sheet) للأجهزة حسب شروط دعوة العطاء وخلاف ذلك تستثنى من الدراسة.
- 11- تلتزم الشركات بأن تكون (Software) المقدمة مع عرض السعر للأجهزة قابلة للتحديث وأن تلتزم بتحديثها خلال فترة الصيانة المجانية وعند بدء عقد الصيانة بعد انتهاء فترة الصيانة المجانية مجاناً.
- 12- تلتزم الشركات بتوريد وتركيب وتشغيل الأجهزة وتدريب العاملين عليها حسب الأصول.



المركز الوطني للسكري والغدد الصم والوراثة

NATIONAL CENTER FOR DIABETES ENDOCRINOLOGY & GENETICS

الرقم: _____ Ref. _____

التاريخ: _____ Date _____

- 13- تلتزم الشركات بتدريب كادر مختبر الوراثة الجزيئية تدريباً يضمن تشغيل الجهاز وتحليل المخرجات من قبل مهندس خبير من الشركة الأم.
- 14- تلتزم الشركات بتأمين وعمل الفحوصات لدى أي جهة مختصة ومعتمدة وتزويد المركز بالنتائج في حال تعطل الجهاز الأول وكان بحاجة إلى وقت لإصلاحه ودون تحمل المركز أية تكاليف مالية لقاء ذلك.
- 15- تلتزم الشركات بضمان الوصول الى تقرير طبي موثق للجهاز الأول.
- 16- تلتزم الشركات بأن يتم توريد الأجهزة شاملة كتالوجات الصيانة والتشغيل وكافة الكودات والأرقام السرية الخاصة بصيانة الأجهزة والبرمجيات المستخدمة.
- 17- تلتزم الشركات بتوفير الدعم الفني المحلي للجهاز الأول.
- 18- تلتزم الشركات بتقديم عرض سعر للكّات وكافة المواد التشغيلية اللازمة لعمل الجهاز في البند رقم (1) بمغلف منفصل على ان تكون الأسعار مثبتة لمدة خمسة سنوات شاملة الرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات، وخلاف ذلك يتم استبعاده من العطاء.
- 19- تلتزم الشركات بتقديم عرض سعر لعقد صيانة شامل قطع الغيار وكل ما يلزم للحفاظ على استمرارية عمل الجهاز في البند رقم (1) لمدة خمسة سنوات شاملة الضريبة العامة على المبيعات بمغلف منفصل، وخلاف ذلك يتم استبعاده من العطاء.

رئيس لجنة العطاءات المركزية
الأستاذ الدكتور محمد الخطيب



المركز الوطني للسكري والغدد الصم والوراثة

NATIONAL CENTER FOR DIABETES ENDOCRINOLOGY & GENETICS

Ref.

Date

الرقم: ٢٥٤٥/٩/٢٠٢٠ م

التاريخ: ٢٠٢٠/٩/١٦

**** ملاحظة هامة: توقع هذه الوثيقة وتختم بختم الشركة وترفق مع النسخة الاصلية للعروض.**

الرقم: / /

التاريخ: / /

إقرار وتعهد

رئيس لجنة العطاءات المركزية / المركز الوطني للسكري والغدد الصم والوراثة.

بناء على دعوة العطاء (ع م/٢٠٢٠/٤ إعادة طرح) الخاص وبعد أن اطلعت وتفهمت كافة بنود تعليمات اللوازم والاشغال والشروط العامة النافذة والمعتمدة من قبل لجنة العطاءات المركزية في مركزكم والشروط الخاصة والمواصفات والمخططات به وكل الوثائق الأخرى المتعلقة به فأنتني أقدم عرضي لهذا العطاء موقعاً ومختوماً على جدول عرض الأسعار واتعهد بأن أقوم بالإشراف على تنفيذ كافة مراحل البناء وحتى استلامه استلاماً أولاً بموجب ذلك ووفقاً لكافة وثائق العطاء.

وفي حال الإحالة علينا فإنني اعتبر توقيعني بالتبليغ على قرار الإحالة ومصادقة الجهة صاحبة الاختصاص في المركز الوطني للسكري عليه يشكل مع وثائق العطاء المشار إليها في المادة (1) الفقرة (ب) من الشروط العامة المشار إليها أعلاه عقداً ملزماً إلا إذا ورد في قرار الإحالة ما يخالف ذلك.

واننا نلتزم بمرتين كفالات وتأمينات الدخول في العطاء وكذلك صلاحية اسعارنا لمدة (120) مائة وعشرون يوماً اعتباراً من تاريخ اخر موعد لإيداع عروض هذا العطاء وفي حال عدم الرغبة في التمديد سنقوم بتبليغ دائرة اللوازم والعطاءات خطياً بذلك قبل انتهاء المدة المحددة بعشرة أيام عمل على الأقل والا يعتبر عرضنا والكفالات وتأمينات الدخول سارية المفعول حكماً لفترة (120) مائة وعشرون يوماً أخرى وتجدد تلقائياً ولمدد متعاقبة.

مرفقين بطيه كفالات وتأمينات الدخول المطلوبة علماً بأننا قد دفعنا ثمن نسخة العطاء المقرر بموجب الايصال رقم تاريخ (...../...../.....).

المفوض بالتوقيع

اسم المشترك:

العنوان:

العنوان الالكتروني:

الختم

هاتف (.....)

فاكس (.....)



المركز الوطني للسكري والغدد الصم والوراثة

NATIONAL CENTER FOR DIABETES ENDOCRINOLOGY & GENETICS

الرقم: Ref.

التاريخ: Date

الشروط العامة للعطاء رقم (ع م/4/2026 إعادة طرح)

1. (أ) يطبق على هذه الشروط نفس معاني الكلمات والعبارات الواردة في المادة (2) من تعليمات اللوازم والأشغال النافذ في المركز الوطني للسكري لعام (2016).
(ب) تعتبر الوثائق التالية جزءاً لا يتجزأ من وثائق العطاء: -
 - ❖ التشريعات النافذة في المملكة الأردنية الهاشمية.
 - ❖ تعليمات اللوازم والأشغال النافذ في المركز الوطني للسكري.
 - ❖ الشروط العامة والشروط الخاصة للعطاء.
 - ❖ المواصفات العامة والخاصة باللوازم أو الأشغال.
 - ❖ الكفالات والتأمينات.
 - ❖ العقد أو الاتفاقية.
 - ❖ المخططات والكتالوجات وجداول الكميات التي يقدمها المركز أو يقدمها المتعهد للمركز ويعتمدها المركز الوطني للسكري.
 - ❖ قرار الإحالة وشروطه.
 - ❖ أية مواصفات أو إيضاحات تتم على هذه الوثائق وحتى انتهاء العقد.
2. يلتزم كل متقدم بتحديد اسم الشخص المفوض بالتوقيع بموجب نموذج مخصص لهذه الغاية على أن يكون موقعاً من الشخص المعتمد بالتوقيع في سجلات وزارة الصناعة والتجارة وشهادة مختومة من طرفهم بصحة التوقيع.



المركز الوطني للسكري والغدد الصم والوراثة

NATIONAL CENTER FOR DIABETES ENDOCRINOLOGY & GENETICS

الرقم: Ref.

التاريخ: Date

3. (أ) تستبعد العروض المالية غير الموقعة من مقدميها أو وكلائهم على كل صفحة من هذه العروض.

(ب) لا يقبل العرض الذي يقدم بعد الموعد المحدد.

(ج) يقدم العرض على النموذج المقرر مطبوعاً أو مكتوباً بخط اليد باستثناء تعبئة المواقع المطلوبة ولا يجوز ادخال أي تعديل أو إجراء أي تبديل أو كشط في نموذج العرض للعتاء أو أي من وثائق العطاء المرفقة به من قبل المشترك الا إذا اقتضت الضرورة غير ذلك وعندها على المشترك التوقيع بجانب الكشط أو المحو أو التعديل أو الإضافة وإلا فلجنة أن تستبعد العرض.

4. يقدم العرض الورقي من نسختان (أصل وصورة) توضع كل نسخة في مغلف منفصل على أن يكتب على مغلف كل منها وبخط واضح "النسخة الاصلية" أو "النسخة الأولى" حسب مقتضى الحال وأيضاً اسم المشترك وعنوانه ورقم الهاتف ورقم الفاكس والبريد الالكتروني ورقم العطاء وموضوعه ويتم وضع التأمين الخاص بدخول العطاء داخل مغلف مكتوب على ظهره "تأمين دخول للعطاء رقم " في مغلف مختوم معنون باسم (لجنة العطاءات المركزية - المركز الوطني للسكري) ومكتوب عليه بخط واضح اسم المشترك وعنوانه ورقم الهاتف ورقم الفاكس ورقم العطاء وموضوعه.

5. على المتقدم ان يبين في عرضه عنواناً ثابتاً ورقم الفاكس والبريد الالكتروني ترسل الى أي منها جميع المراسلات المتعلقة بالعطاء وعليه ان يبلغ اللجنة بكتاب مسجل عن أي تغيير أو تعديل في عنوانه والا فإنها لن تكون ملزمة بمراعاة هذا التغيير أو التعديل في العنوان وتعتبر جميع المراسلات بالفاكس أو البريد الالكتروني أو تلك التي تترك في العنوان المذكور أو ترسل له بالبريد كأنها وصلت فعلاً وسلمت في حينها.



المركز الوطني للسكري والغدد الصم والوراثة

NATIONAL CENTER FOR DIABETES ENDOCRINOLOGY & GENETICS

الرقم: Ref.

التاريخ: Date

6. ترفق بالعروض صورة عن السجل التجاري ورخصة المهن سارية المفعول وما يثبت انه خاضع للضريبة العامة على المبيعات ورقمه الضريبي وشهادات التصنيف.

7. يودع العرض من قبل المشترك أو وكيله في صندوق العطاءات المركزية في دائرة اللوازم والعطاءات في المكان المخصص في الموعد المحدد في الإعلان عن العطاء.

8. على المتقدم أن يضع أسعاره رقماً وكتابة على النموذج -ان وجد- وللجنة رفض أي عرض يحدث فيه المشترك تشويشاً في أسعاره وعلى ان تكون شاملة للضريبة العامة على المبيعات.

9. يجوز للمشارك إلغاء عرضه بموجب مذكرة موقعة منه تودع في صندوق العطاءات المركزية قبل الموعد المحدد لفتح العروض بيوم عمل واحد على الأقل وله أن يسترد عرضه خلال عشرة أيام عمل من فتح العروض والا يحق لدائرة اللوازم والعطاءات إتلافه.

10. يلتزم المشترك بسريان صلاحية أسعاره وكذلك كفالات وتأمينات الدخول الى العطاء لمدة (120) مائة وعشرون يوماً ابتداء من تاريخ اخر يوم لإيداع العروض وفي حالة إعادة طرح العطاء فمن تاريخ اخر موعد لاستلام العروض للعطاء المعاد طرحه وعلى المشترك تبليغ دائرة اللوازم والعطاءات خطياً بعدم رغبته في تمديد صلاحية عرضه قبل انتهاء المدة المحددة بعشرة أيام عمل على الأقل والا يعتبر تأمينه أو كفالاته المقدمة من قبله وعرضه المالي سارية المفعول لفترة (120) مائة وعشرون يوماً أخرى ويعتبر تقديمه للعرض التزاماً بذلك.

11. (أ) على المشترك أن يرفق بالعرض لصالح المركز الوطني للسكري ولأمه فقط تأميناً للدخول في العطاء على شكل كفالة مصرفية أو شيكاً مصدقاً من قبل أحد المصارف العاملة في المملكة بنسبة لا تقل عن (3%) ثلاثة بالمائة من القيمة الاجمالية لعرضه وتتضمن عبارة (تجدد تلقائياً ولمدد متعاقبة) ولا ينظر في العروض غير المعززة بتلك التأمينات وبحيث * يتم ذكر اسم المشترك



المركز الوطني للسكري والغدد الصم والوراثة

NATIONAL CENTER FOR DIABETES ENDOCRINOLOGY & GENETICS

الرقم: Ref.

التاريخ: Date

ورقم العطاء على هذا التأمين بوضوح وعلى أن تغطي الكفالة القيمة الأعلى لعرضه في

حال وجود بدائل تحت طائلة استبعاد العرض ولا يفرج عن الكفالة الا بعد صدور قرار الإحالة النهائية وتبلغ المتعهد المحال عليه العطاء وبتنسيب من مدير دائرة اللوازم والعطاءات.

ب) يقدم المتعهد المحال عليه العطاء تأميناً لحسن التنفيذ بنسبة (10%) عشرة بالمائة من قيمة العطاء لأمر المركز الوطني للسكري على شكل كفالة مصرفية أو شيك مصدق من قبل احد المصارف العاملة في المملكة وتتضمن عبارة (تجدد تلقائياً ولمدد متعاقبة) تبقى سارية المفعول لحين استلام المشروع وتشغيله وصدر محضر استلام أصولي و/أو تقرير فني حسب مقتضى الحال ويحفظ هذا التأمين لدى الدائرة المالية في المركز الوطني للسكري كضمان لتأمين تنفيذ العطاء على الوجه الأكمل ولاستيفاء المبالغ التي قد تكون دفعت زيادة على المبالغ المستحقة له ولاستيفاء الغرامات والتعويضات وفروق الأسعار أو التكاليف التي تستحق لحين الانتهاء من تنفيذ العطاء بصورة نهائية وفي حال عدم كفاية الكفالة أو التأمين يتم الرجوع على مستحقاته من عطاءات أخرى نفذها أو يقوم بتنفيذها في المركز الوطني للسكري وعلى أمواله المنقولة وغير المنقولة أو فواتير لصالح المركز الوطني للسكري.

12. تحسب مدة التنفيذ اعتباراً من تاريخ أمر المباشرة وتعرف مدة التنفيذ بأنها مجموع الأيام أو الأشهر التقويمية وتكون شاملة لأيام العطل والجمع والأحوال الجوية الطبيعية والأعياد الرسمية.

13. في حال وجود معلومات متعارضة في العرض يؤخذ بما فيه مصلحة المركز الوطني للسكري ودون المساس بحقوق المشتركين الآخرين ويلزم المشترك به في حال إحالة العطاء عليه كلياً وبما يخصه واللجنة استبعاد أي عرض لا يكون واضحاً بصورة كافية أو يتحمل أكثر من تفسير أو إذا كان ناقصاً



المركز الوطني للسكري والغدد الصم والوراثة

NATIONAL CENTER FOR DIABETES ENDOCRINOLOGY & GENETICS

الرقم: Ref.

التاريخ: Date

في أي من شروط العطاء ويكون تقدير اللجنة بعدم الوضوح أو التعارض كافياً لاستبعاد العرض إلا أنه يجوز للجنة أن تطلب الإيضاح المناسب.

14. اللجنة غير مقيدة بالإحالة على أقل الأسعار ولها الحق في إلغاء العطاء كلياً إذا اقتضت مصلحة المركز الوطني للسكري ذلك دون أن يكون لأي من المشتركين الحق في المطالبة بأية خسائر أو ضرر ناتج عن ذلك.

15. اللجنة غير مسؤولة عن أية أخطاء قد يرتكبها المشترك في وضع الأسعار وفي جميع الأحوال تعتمد الأسعار الفردية الواردة في العرض وإذا وجد في أي من العروض المقدمة نقص أو خطأ أو تناقض بين حساب جملة أي مبلغ وما يجب أن تكون عليه هذه الجملة بتطبيق السعر الفردي المعروض لأي بند في جدول الكميات فللجنة الحق في تعديل جملة المبلغ بما يتفق وتطبيق السعر المعروض على كمية ذلك البند وبالتالي تعديل مجموع السعر أو المبلغ المقدم للعطاء وإذا حدث خلاف بين السعر المذكور بالأرقام والمذكور كتابة فتعتبر الكتابة هي الملزمة وكذلك إذا حدث خطأ في جمع قيم مختلف البنود فإن اللجنة الحق في تصحيح المجموع ويكون المجموع المصحح في مثل هذا العطاء هو الملزم للمشارك.

16. على كافة المتقدمين الالتزام بالمدة المحددة للإحالات المبدئية وكل اعتراض يرد بعد انتهاء مدة الاعتراض لا يؤخذ به وكذلك لا يؤخذ بالاعتراض للمرة الثانية بدون وجود أسباب اعتراض مقنعة.

17. على كافة المتقدمين عند الإعلان عن الإحالة المبدئية أن ترسل شخص له دراية وخبرة بالعطاء ومواده للاطلاع على الإحالة المبدئية.



المركز الوطني للسكري والغدد الصم والوراثة

NATIONAL CENTER FOR DIABETES ENDOCRINOLOGY & GENETICS

الرقم: Ref.

التاريخ: Date

18. يعتبر تقديم المشترك لعرضه موافقة منه بأن توقيعه بالتبليغ على قرار الإحالة بعد المصادقة عليه من الجهة صاحبة الاختصاص يشكل مع وثائق العطاء المشار إليها في المادة (1) الفقرة (ب) أعلاه من هذه الشروط عقداً ملزماً إلا إذا ورد في قرار الإحالة ما يخالف ذلك.

19. يدفع المشترك المحال عليه العطاء الطوابع القانونية ورسم الإحالة ورسوم العقود والرسوم الإضافية وأية رسوم أخرى مستحقة بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها ويتم تسديد هذه الرسوم والطوابع عند التوقيع على قرار الإحالة.

20. يقر مستلم هذه النسخة بأنه قد اطلع وفهم كافة بنودها وأنه رضي بها رضاً صحيحاً.

21. تبت اللجنة في الحالات التي لم يرد عليها نص في هذه الشروط.

22. في حال وجود أي استفسارات على شروط ومواصفات العطاء من قبل الشركات يكون آخر موعد لتسليم الاستفسارات في دائرة اللوازم والعطاءات يوم الأربعاء الموافق 2026/9/23 الساعة العاشرة والنصف صباحاً.

23. آخر موعد لشراء نسخ دعوة العطاء يوم الأربعاء الموافق 2026/9/30 علماً بأن يتم شراء نسخ العطاء ما بين الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الواحدة ظهراً في مبنى المركز الوطني للسكري والغدد الصم والوراثة.

24. آخر موعد لتسليم العروض في دائرة اللوازم والعطاءات في المركز الوطني للسكري والغدد الصم والوراثة الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الأحد الموافق 2026/10/4.

25. ثمن نسخة العطاء (250 دينار) غير مستردة.

الأستاذ الدكتور محمد الخطيب
رئيس لجنة العطاءات المركزية